

# מערכת P-400 לגילוי 1-5 גזים מסוכנים

\* **תקציר הפעלה מהיר. \*אזהרה התקציר מיועד כתוספת**

בלבד לספר ההדרכה של **SENSIT®** והדרכה פרונטלית.

אין להפעיל את הציוד ללא הדרכה מתאימה. \*\* (7-23-12) P400 I.M-5-21-12

**נורית לסטטוס/מצב גלאי (3 צבעים)**

א. כבוי - גלאי לא פעיל/ לא תקין,  
ב. ירוק - גלאי פועל / ללא התראה  
ג. אדום - גלאי במצב התראה\*\*

**נוריות/ LED התראה**

אדום- גלאי במצב התראה\*\*

**אזור החישה - סנסורים**

עם תעלות חישה ומסנן.

**חיבורי מטען ותקשורת**

4 מגעים בחיבור עריסה ישר.

**לחצני הפעלה ותפעול**

סה"כ 4 לחצנים. משני צידי הגלאי.

**צפצפת התראה**

**מסך תצוגה גרפי**

**נוריות/ LED התראה**

אדום- גלאי במצב התראה\*\*



הסבר ל- \*\*, AL-1 / AL-2 מצב התראה: 1- אדום / 2- אדום + צפצוף\*\*\*.

mail: [info@safe-detect.com](mailto:info@safe-detect.com)

[www.safe-detect.com](http://www.safe-detect.com)

Q.C File# P400.QuickCard.Heb.R1.050213.ipptx

טק-פיקס בע"מ (בטיחות גזים).

שירות בטלפון: 077-700-7531

טלפון חירום: 052-2405678

Technology  
**tek fix**  
Services

נציג היצרן: טק-פיקס בע"מ (בטיחות גזים) [www.safe-detect.com](http://www.safe-detect.com)

P-400 הנה מערכת גילוי והתראה המתקדמת ביותר. תוצרת

SENSIT Technology, made-in-U.S.A, [www.gasleaksensors.com](http://www.gasleaksensors.com)

תאור - איך נעשה	לפעולה
לחץ/י על לחצן <b>O</b> (ימני עליון) למשך כ-2 שניות (עד להדלקת המסך).	<b>הדלקה - * מותרת באוויר הצח בלבד.</b>
לכיווי: לחץ על לחצנים <b>O</b> ו- <b>Δ</b> (ימני ושמאלי עליון) בו-זמנית והחזק עד גמר הספירה לאחור.	<b>כיווי</b>
וודא כי אתה נמצא באזור של אוויר צח, כבה את המערכת והדלק מחדש.	<b>כיוול "0" אוטומטי מותר (באוויר צח) בלבד.</b>
כאשר הגלאי במצב עבודה, לחץ לחיצה קצרה על אחד מארבעת המקשים (תאורת מסך תדלק ל-30 שניות).	<b>הדלקת תאורת מסך</b>
חבר את המטען לחשמל, נורית ירוקה אמורה להידלק קבוע, כעת הנח את המכשיר על המטען, כאשר פני המסך כלפי מטה מול המבלעת שבמטען, בזמן טעינה נורית אדומה אמורה להבהב, בגמר הטעינה הנורית האדומה אמורה לעבור ללמצב דלוק קבוע.	<b>הוראות טעינה (בדגם נטען בלבד!)</b>
הסבר: מצב החזקה עצמית *** יפעל בד"כ, כאשר גז נמדד עובר את ערך התראה AL-2. לביטול הצפצוף לחץ לחיצה קצרה על המקשים <b>O</b> ו- <b>Δ</b> בו זמנית. **** <b>אזהרה:</b> אסור להשתמש בגז מציתים/בישול/טבעי. לצורך בדיקת חישן גזים נפיצים. אלא ע"פ הדרכה בלבד. שימוש בגז לא ראוי, יהרוס את הגלאי - ואתה תדע על כך רק כשיהיה כבר מאוחר מדי.	<b>ביטול צפצוף החזקה עצמית</b>
	<b>בדיקת חיישן ****LEL</b>

הערות והארות נוספות לשיפור בטחונך:

\* אם ההודעה **FAIL** מופיעה במהלך כיוול "0", וודא כי אתה נמצא באזור של אוויר צח, כבה את

המערכת והדלק מחדש באוויר צח. אסור להשתמש בציוד כל עוד ה-**FAIL** מופיע במסך!!!

לנוחותך: הסימן **T** בשורת הגז. מציין כי מערכת איתור גז מהירה (IDS) הופעלה לגבי גז זה.

מצב זה יפעל בד"כ כך, קצב הצפצוף העדין יגבר כאשר ריכוז הגז נהיה בעל סיכון גבוה יותר.

ואמור לפעול כאשר ריכוז הגז הנמדד משתנה לרעה, ה-**T** אינו מהווה תחליף להתראה כל שהיא!

(השתקת הצפצופים תבוצע, ע"י לחיצה קצרה על אחד מארבעת המקשים).

מצב חי: צפצוף חלש כל פרק זמן של 10-60 שניות. יציין כי המשכיר עובד ודוגם.